

手術縫合前確實清點紗布、器械及縫針之標準作業流程

前言

手術是現代醫學的重要醫療手段之一，由於醫學的進步，過去很多不能開的手術，現在都可以順利進行，所以手術的次數比以前頻繁、複雜，當然發生錯誤的機會亦會相對的增加，如何防止手術錯誤及提高手術的安全性，是一重要的課題。手術室常見之意外包括有開錯病人、開錯部位、手術不當造成傷害、手術用之紗布器械等遺留體內等。

最近新英格蘭醫學期刊預估每年有超過1500人以上發生手術異物遺留之意外，然而依據作者估計，真正的發生比率可能更高，因此手術後異物遺留體內問題值得加以重視。

建議作法

標準化之清點指引需包含3W1H (What、When、Who、How)：(清點之器物為何？何時執行清點？誰來執行？及如何清點？)

- (1) 手術室之清點器物包括：紗布、尖銳物相關物品及器械。
- (2) 手術室之清點時機：術前、手術部位縫合前及縫合後，不論任何手術均需執行手術室之清點標準作業，並以第一次之器物清點數量作為清點之標準。
- (3) 手術室之清點執行人員：刷手護士/手術醫師與流動護士一起執行器物清點。
- (4) 針對器物清點結果記錄在手術記錄單上。

資料來源：財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會

